



*Azienda Ospedaliera
Bianchi - Melacrino - Morelli
Reggio Calabria*

Partita I.V.A. 01367190806

U.O.C. Gestione Forniture Servizi e Logistica

Reggio Calabria li,

13 OTT. 2014

Prot. n° 6885 del 13 OTT. 2014

OGGETTO: CHIARIMENTI - Procedura aperta per la fornitura, per un periodo di mesi sei, di materiale sanitario di Cardiologia.

Chiarimenti del 13.10.2014

Quesito n°1:

< Le caratteristiche elencate nella "descrizione prodotto" indicate nella prima parte dell'Allegato A sono da ritenersi caratteristiche essenziali pena esclusione? >

Risposta quesito n°1:

< Le caratteristiche elencate nella "descrizione prodotto" dell'Allegato A sono **caratteristiche essenziali pena esclusione.** >

Quesito n°2:

< Tra i parametri di valutazione tecnica del lotto 25, qual è il punteggio massimo per il "Parametro 4: diagnostica avanzata per il monitoraggio dello scompenso cardiaco? >

Risposta quesito n°2:

< Il punteggio massimo per il "Parametro 4" del lotto 25 dell'Allegato A è **max 5 punti**, non indicato per pura dimenticanza. A tal proposito si specifica che, poiché per ogni lotto il punteggio totale deve essere **max 60 punti**, al "Parametro 6" dello stesso lotto 25, si attribuisce un punteggio **max 5 punti** anziché **10.** >

Quesito n°3:

< LOTTI 42 e 43 ALLEGATO A: Sacco mayo 40x140: chiediamo controllo sulle misure in quanto le normali sacche per carrello mayo misurano 80x150 cm. >

Risposta quesito n°3:

< LOTTI 42 e 43 ALLEGATO A: le misure del "**sacco mayo**" per carrello devono essere **80x150 cm** e non 40x140 come erroneamente riportato. >

Quesito n°4:

< LOTTO 1 ALLEGATO B: Per idrorepellenza cosa si intende? Repellenza ai liquidi e traspirabilità oppure impermeabilità ai liquidi?. >

Risposta quesito n°4:

< LOTTO 1 ALLEGATO B: Per idrorepellenza si intende **impermeabilità ai liquidi.** >

Il Direttore
U.O.C. Gestione Forniture
Servizi e Logistica
(Avv. Angelo Rabotti)