



REGIONE CALABRIA
Azienda Ospedaliera
(Bianchi – Melacrino - Morelli)
REGGIO CALABRIA

Partita I.V.A. 01367190806

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Reggio Cal. 14/04/2011

Protocollo n° 1712 .del 14/04/2011...

OGGETTO: ULTERIORI CHIARIMENTI - Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature elettromedicali. .

.....

A parziale rettifica e precisazione delle risposte ai quesiti, identificati con il n° 3.1 punto 1 e 3.2 punto 4 della nota di chiarimenti prot. n° 1668 del 13/04/2011, si comunica quanto segue:

Quesito n° 3.1 LOTTO 27 RADIOLOGIA:

⇒ Punto 1) E' da intendere come refuso la richiesta di convex con frequenza da 2 MHz a 9 MHz?

La risposta al quesito n° 3.1: Lotto n°27 Radiologia è la seguente:

⇒ **Punto 1) trattasi di refuso. La frequenza della sonda convex può avere un range che va da 3 a 7,5 MHz circa;**

Quesito n° 3.2 : LOTTO 38 NEONATOLOGIA:

⇒ Punto 4) La sonda settoriale elettronica per esami transcranici in grado di gestire MdC e perfusionn imaging è richiesta per l'utilizzazione presso l'UTIN?

La risposta al quesito 3.2: Lotto 38 Neonatologia è la seguente:

⇒ **Punto 4) E' richiesta l'utilizzazione della sonda settoriale elettronica per esami transcranici.**

Il Direttore U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Avv. Angelo Rabotti