

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per la fornitura di presidi specialistici per Endourologia (Patologie Urologiche) per l'U.O.C. di Urologia e Trapianti di Rene di questo Grande Ospedale Metropolitano".

CHIARIMENTI

Quesito n. 1:

Si richiedono istruzioni per quanto riguarda il deposito cauzionale provvisorio: poiché lo stesso era stato predisposto calcolando la validità con decorrenza dalla data di scadenza 9 settembre 2019, dobbiamo predisporre una nuova cauzione o appendice alla stessa, calcolando la validità con decorrenza della nuova data di scadenza 24/09/2019 o verrà accettata quella già preparata?

Risposta quesito n. 1:

Verrà accettato il deposito cauzionale già predisposto.

Quesito n. 2:

Si chiede se lo schema di contratto, l'allegato B e tutti i chiarimenti pubblicati debbano essere allegati alla documentazione di gara debitamente sottoscritti.

Risposta quesito n. 2:

Non occorre allegare alla documentazione di gara i suindicati documenti.

Quesito n. 3:

Lotti nn. 124 e 125:

riguardano forniture di guaine ottiche Storz e Olympus, tali strumenti sono fibroscopi o video cistoscopi? Inoltre sarebbe necessario capire se questi strumenti abbiano subito ricondizionamenti, in quanto in seguito a queste procedure gli strumenti cambiano leggermente diametro e lunghezza e dunque potrebbero adattarsi a differenti codici di guaine.

Risposta quesito n. 3:


Lotti nn. 124 e 125:



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Si precisa che trattasi di fibrocistoscopi e che gli stessi non sono stati rigenerati.

Quesito n. 4:

Lotto n. 4

Nell'allegato "A" si fa riferimento alla richiesta di n.20 pz. - valore cad. € 230,00= per un totale di € 6.900,00 il valore corrispondente a 20 pz sarebbe pari ad € 4.600,00 è da intendersi errato il valore del lotto o il numero dei pezzi che da 20 passerebbero a 30?

Risposta quesito n. 4:

Lotto n. 4:

Si precisa che il numero dei pezzi 20 è corretto, il costo totale , causa errore di trascrizione, è di € 4.600,00 e non € 6.900,00 come riportato.

Quesito n. 5:

Lotto 153:

Stando ad una verifica di quanto indicato nell'Allegato "A" della documentazione di gara , i fabbisogni relativi al Lotto 153 apparirebbero viziati da errore materiale in quanto l'ammontare di n. 6 dispositivi sembrerebbero prevedere solo la fornitura di Monitor e non anche di cistoscopi flessibili monouso. In tal senso riteniamo superfluo informarvi che la mera fornitura dei monitor non avrebbe alcuna utilità senza i complementari cistoscopi. Desideriamo inoltre comunicarvi che ove non sia possibile una variazione della spesa presunta, sarebbe opportuno considerare anche una variazione del prezzo unitario in quanto allo stato attuale non è di facile comprensione la composizione di tale ammontare. Ciò considerato suggeriamo di modificare i quantitativi indicati in n. 70 cistoscopi e n. 1 monitor in comodato d'uso.

Risposta quesito n. 5

Lotto 153:

Non è possibile modificare la composizione del Lotto.

X Il Direttore U.O.C.

Provveditorato Economato e Gestione Logistica

(Avv. Angelo Rabotti)

Via Provinciale Spirito Santo n. 24 - Cap. 89128 Città: Reggio Calabria | tel. +39 0965 397524 | fax +39 0965 397517
email: annamaria.votano@ospedaleri.it - pec: protocollo@pec.ospedaleri.it web: www.ospedaleri.it P.Iva/CF:

01367190806