

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica
Avv. Angelo Rabotti

Prot. n. 16631

del 30/07/2019

Oggetto: "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per la fornitura , per anni due , di presidi specialistici per l'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione di questo Grande Ospedale Metropolitano".

CHIARIMENTI

Quesito n. 1:

Lotto n. 31: La valvola deve essere LLF o LLM, deve essere bidirezionale o unidirezionale, deve essere montata sulla via laterale o sul terminale della prolunga?

Risposta al quesito n. 1:

Lotto n. 31:

La valvola deve essere LLF , bidirezionale e montata sul terminale della prolunga.

Il Direttore U.O.C.
Provveditorato Economato e Gestione Logistica
(Avv. Angelo Rabotti)

